

# 물품 규격(사양)서

- ※ 특정회사 특정모델만 충족 가능한 규격 불허. 반드시 2개사 이상의 제품이 충족하도록 작성
- ※ 필요시 본 양식이 아닌 다른 양식으로 작성 가능하나, 하기 내용이 빠짐없이 포함되어야 함

부서	기계공학과	연락처	010-9972-8687	인도 조건	현장설치도
품명	고주파 가열기	수량	1	단위	EA

## 1. 물품내역

항목	세부사양
형태(모양)	
크기	800(w) x 800(d) x 1300(h)
용량	출력용량 : 20kw, 출력주파수 : 200khz
재질	-
기타 규격	입력전압 : 3 $\phi$ 380V, 냉각방식 : 수냉식 보호기능 : 냉각수 압력이상, 냉각수 온도 이상, 과전류 표시기능 : 설정전압, 설정전류, 출력주파수, 시스템 이상 유무등
부속품	-

\* 상기 항목은 필요에 따라 변경 가능하며 작성란이 부족한 경우 별지 작성할 것.

## 2. 납품조건 (포장, 현장설치 여부등)

현장설치

## 3. 납품기한 (특정일 / 계약일로부터 00일 이내 등)

계약일로부터 8주 이내

## 4. 납품장소 (구체적인 위치, 00관 00호 등)

동관 104-3호

## 5. 기타요구사항 (검사검수, 교육 등)